

Verbale incontro Consulta Fontana 11/8/2022

Presenti: Presidente: Gabellini, Biagi, Ecchia, Segretario: Da Roit

Assenti: Rubanei , Caprara

Odg: 1) Defibrillatore a Fontana 2) Sicurezza viabilità tratto Porrettana a Fontana

1) A fronte della disponibilità della Farmacia ad installare presso la nuova sede il defibrillatore, si chiede all'amministrazione comunale di poter procedere in tal senso dando le necessarie/eventuali autorizzazioni.

RISPOSTA A seguito della richiesta si è proceduto a chiedere un preventivo per l'installazione del defibrillatore da parte di una ditta competente.

Si riporta la risposta: "è possibile spostare il DAE in calce all'esterno, ma solo se posizionati in appositi contenitori termoregoli perché il range di utilizzo del DAE va da 0 a 50 gradi. Come accessori dei DAE abbiamo nel ns. catalogo anche questa tipologia di prodotti che sono sostanzialmente di due tipi, teca da appendere alla parete e totem da fissare a pavimento qualora ci fossero vincoli architettonici e/o altre esigenze. I costi sono i seguenti:

Teca da esterno riscaldato di listino € 700,00 scontata € 450,00 + IVA

Totem da esterno riscaldato di listino € 1.200,00 scontato € 720,00 + IVA In entrambi i casi oltre al costo d'acquisto, dovranno essere aggiunti i costi d'installazione e alimentazione e allacciamento alla rete elettrica."

Inoltre l'amministrazione evidenzia come tutti i DAE presenti nel territorio si trovino in luoghi pubblici, ma chiusi ed atti all'uso sportivo (es. piscina comunale, cà de testi) dove è anche stato individuato un responsabile formato all'uso.

Concludendo dopo queste valutazioni logistiche ed economiche si è concordato con i consultori di lasciare l'attuale attrezzatura DAE dentro la sala pubblica ad uso delle attività sportive e ricreative che vi vengono condotte. Eventualmente si è resa disponibile la Farmacia ad un acquisto di un'altra attrezzatura nel prossimo futuro quando e se verranno attivate delle attività ambulatoriali e servizio alla persona (es. vaccini) che ne renderebbero normativamente necessaria la presenza.

2) Il tratto della statale Porrettana che corre parallelo all'abitato di Fontana fino a Rampugnano, vede una serie di incroci molto trafficati con inserimenti di veicoli provenienti da località abitate (Iano, San Leo, Ca Mazzetti, Fiaccacollo, Rampugnano) e da un impianto di distribuzione carburanti ad alta frequentazione .

Sono inoltre presenti fermate di autobus per gli abitanti della zona.

Numerosi sono stati gli incidenti in prossimità dell'incrocio che consente di arrivare alla località di Fiaccacollo/distributore.

Ebbene, in questo tratto di strada NON esiste nessuno strumento che ponga in sicurezza veicoli o pedoni che lo percorrono /attraversano /si immettano.

Il fatto che la statale sia a gestione Anas non ci deve sollevare dalle nostre responsabilità, quindi la consulta chiede di incontrare l'assessore alla viabilità , non per presentare il problema che crediamo sia ben noto, ma per capire quali strumenti si pensa di mettere in atto per ovviare ai gravi potenziali pericoli.

RISPOSTA A seguito degli opportuni confronti con Anas sulla fattibilità degli interventi proposti, viene confermato ad oggi il parere negativo per la realizzare attraversamenti pedonali in quel tratto.

Sasso Marconi 7/10/2022